



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА

РМУ "Штаваљ"



ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ

Ознака

2.5-25-015

Ознака захтева за набавку

Овим се одобрава набавка за потребе: Електро службе РМУ "Штаваљ"

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1		Боца са калибрационим гасом под притиском од 150 bar (100pm CO, 2,5% CH ₄ , 2,5% CO ₂ , остатак N ₂) запремине 1,8 l	1
2		Боца са чистим ваздухом под притиском од 150 bar (20,9%O ₂ , остатак N ₂) запремине 1,8 l	1
3			
4			
5			
6			
7		Тачка из плана 1.415	
8			
9			
10			70.000,00
Процењена вредност набавке			

НАПОМЕНА: Боце су неопходне за калибрацију мултигас детектора MX6

САГЛАСАН

изв. Директор за техни. посл. ЈП ПЕУ

Слободан Митић

САГЛАСАН

главни инж. за метанометријске
послове ЈП ПЕУ Ресавица
Драган Мирковић

САГЛАСАН

изв. Директор за ком. посл. ЈП ПЕУ
Владимир Милошевић

ИСПОСТАВИО:

Руководилац
Електро службе
РМУ "Штаваљ"
Војо Трмчић
ел. инж.

НАДЛЕЖНИ
РУКОВОДИЛАЦ

Технички
руководилац
РМУ "Штаваљ"
Милија Јанковић
дипл. инж. руд.

ПРИМНО КОМЕРЦИЈАЛНИ
РУКОВОДИЛАЦ
Руководилац
комерцијалне службе
РМУ "Штаваљ"
Марко Средојевић

ОДОБРИО ДИРЕКТОР:

Директор
РМУ "Штаваљ"
др Харис Бајровић
дипл. инж. руд.

ДАТУМ

9. 7. 2025.

ДАТУМ

9. 7. 2025.

ДАТУМ

9. 7. 2025.

ДАТУМ

9. 7. 2025.