



ЗАХТЕВ ЗА НАБАВКУ



Ознака


11-26-160-1





Овим се одобрава набавка за потребе: РМУ "Рембас" - Метанометрија

Р.Б.	ПРОИЗВОД		Количина
	Ознака	Назив и карактеристике	
1	1.500	Еталон гас (боца од 10 литара); састав: 100ppm CO, кисеоник O ₂ - 18,5%, метан CH ₄ - 2,5%, CO ₂ - 2,5% остатак азот N. Притисак пуњења 150 bar.	1.ком.
2		Еталон гас (боца од 3 литара); састав: 170ppm CO,метан CH ₄ - 2%,остатак синтетички ваздух.Притисак пуњења 150 bar	2ком.
3		Еталон гас (боца од 2 литара); састав: ваздух (синтетички ваздух). Притисак пуњења 150 bar	1.ком.
4		Еталон гас (боца од 3 литара); састав: ваздух (синтетички ваздух). Притисак пуњења 150 bar	1.ком.
Процењена вредност набавке			300.000,00 РСД

НАПОМЕНА: Опрема је потребна за баждарење стационарних и ручних инструмената

САГЛАСАН Г.линж за метанометрију ЈП ПЕУ Драган Мирковић 	САГЛАСАН Изв. директор за техн. посл. ЈП ПЕУ Слободан Мигић 
--	--

САГЛАСАН
изв. Директор за ком. посл. ЈП ПЕУ
Владимир Милошевић
 18.04.2026.

ИСПОСТАВИО: Стаменковић Анаит, дипл.инж.ел. 	НАДЛЕЖНИ РУКОВОДИЛАЦ Гасић Стефан, Дипл.инж.руд. 	ПРИМНОКОМЕРЦИЈАЛНИ РУКОВОДИЛАЦ 	ОДОБРИО ДИРЕКТОР: Лукић Ненад, дипл.инж.руд. 
ДАТУМ 21.04.2026.	ДАТУМ 21.04.2026.	ДАТУМ	ДАТУМ 21.04.2026